

Tây Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao trong thời gian chờ đầu thầu hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2023 tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Địa chỉ: số 626 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: DS. Nguyễn Thanh Tiền

- Chức vụ: nhân viên phòng VT-TBYT

- Số ĐT: 0944.277.257

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp bằng giấy tại địa chỉ: Phòng VT-TBYT- Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, số 626 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h ngày 30 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế.

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Phim X-Quang 8x10 inch (20x25cm)	- Kích thước: 8x10 inch (20x25cm) - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với máy in phim Drypix Smart, Drypix Plus & Drypix Edge	tấm	
2	Phim khô X-Quang kích thước 14 x 17 inch	Kích thước 35 x 43cm. Công nghệ in laser	tấm	
3	Chỉ tan chậm tự nhiên làm từ sợi collagen tinh khiết, số 1, dài 75cm, kim tròn 50mm, 1/2C	Chỉ tan chậm tự nhiên (sinh học) làm từ sợi collagen tinh khiết, số 1, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 50mm, 1/2C. Giữ vết khâu tốt 14-21 ngày, tan hoàn toàn 60-90 ngày.	tép	

4	Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh, không cửa, 24G	- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay tròn bắt chéo nhau - Catheter nhựa Có 4 đường cân quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon. - Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền - Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 22ml/phút, Tốc độ chảy 1320 ml/giờ - Đường kính và độ dài catheter: 0.7mm x 19mm - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc EC	cây	
5	Ống thông dạ dày các cỡ	Dây dẫn chất liệu nhựa PVC, dẻo, trơn, các cỡ, size 6Fr, 8Fr, 10Fr dài ≥ 500 mm, cỡ lớn dài ≥ 1250 mm.	cái	
6	Kim rút thuốc 18G x 1 1/2"	Dùng lấy thuốc và máu độ dài kim từ 36 đến 39mm, độ vát mũi kim góc khoảng 12°. Chất liệu tốt trơn láng không gây kích ứng, không gỉ sét, không gây tổn thương mô. Kim các số 18G, 23G, các cỡ kim được phân biệt bởi màu sắc vi định kim. Không chứa độc tố DEHP.	cây	
7	Băng keo lụa, kích thước 2.5cm x 5m	Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phù đều, trọng lượng của khối phủ 50-60 g/m ² , lực dính 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	cuộn	
8	Băng keo chỉ thị nhiệt	Kích thước: 18-19mm x ≥ 50 m.	cuộn	
9	Dây truyền dịch	- Chiều dài dây >150cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt dung tích $\geq 8,5$ ml - Màng lọc có kích thước 0,2 μ m, lọc vi khuẩn tại van thông khí - Màng lọc dịch 15 μ m - Đầu khóa vận xoắn Luer Lock - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP	bộ	
TỔNG: 09 khoản				

2. Bảng báo giá: Theo mẫu quy định tại thông tư 14/2023/TT-BYT

3. Các thông tin khác (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh kính mời các công ty/đơn vị/nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp các đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Phòng VT-TBYT;
- Trang Web BVĐK Tây Ninh;

GIÁM ĐỐC ✓
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

BS. CKII. Trương Anh Dũng