SỞ Y TẾ TÂY NINH
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH**

Số: 1068/BVĐK-VTYT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tây Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2023*

# THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao trong thời gian chờ đấu thầu hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2023 tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh với nội dung cụ thể như sau:

## I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Địa chỉ: số 626 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: DS. Nguyễn Thanh Tiền
- Chức vụ: nhân viên phòng VT-TBYT
- Số ĐT: 0944.277.257

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng giấy và file điện tử (Excel và PDF).

*- Nhận trực tiếp bảng giấy tại địa chỉ: Phòng VT-TBYT- Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, số 626 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h ngày 19 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 28 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế.

| STT | Tên hàng hóa mời thầu | Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương | Đơn vị tính | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phim X-Quang 8x10 inch (20x25cm) | - Kích thước: 8x10 inch (20x25cm)<br>- Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser<br>- Tương thích với máy in phim Drypix Smart, Drypix Plus & Drypix Edge | tấm | |
| 2 | Phim khô X-Quang kích thước 14 x 17 inch | Kích thước 35 x 43cm. Công nghệ in laser | tấm | |
| 3 | Chỉ phẫu thuật tan nhanh tổng hợp đa sợi bằng Polyglactin 910 số 2/0 dài 90cm, kim tròn HRC37s phủ silicon | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly(glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 2/0, chỉ dài 90cm, kim tròn thân dày, 1/2 vòng tròn HR 37mm, công nghệ kim Easyslide, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 24.59N. Sức căng kéo giảm 50% sau 5 ngày, 100% sau 14 ngày, tan | tép | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | hoàn toàn sau 42 ngày. Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên ngoài - Direct Depense Packaging (DDP) | | |
| 4 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng có cản quang 30cm x 40 cm x 6 lớp | Gạc y tế 30cm x 40cm x 6 lớp được dệt từ sợi cotton 100%, gạc y tế hút nước. Sợi chắc, mịn; Không mùi; Không tạp chất, tiệt trùng . Tiệt trùng. Đóng gói 6 hoặc 8 miếng. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA | miếng | |
| 5 | Găng Khám có bột không tiệt trùng dài 240mm | Găng tay cao su có bột, chưa tiệt trùng, sử dụng một lần, chiều dài ≥ 240mm | đôi | |
| 6 | Ống dẫn đường dùng trong niệu quản cứng đầu thẳng 0.035" dài 150cm | Dùng để dẫn đường trong niệu quản, kích cỡ: 0.035", dài ≥150cm. Chất liệu: làm bằng Telfon hoặc tương đương phủ PTFE. Tiêu chuẩn kỹ thuật: loại cứng, đầu mềm ≥3cm, thẳng.. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA | cái | |
| 7 | Chỉ tan chậm tự nhiên làm từ sợi collagen tinh khiết, số 1, dài 75cm, kim tròn 40mm, 1/2C | Chỉ tan chậm tự nhiên (sinh học) làm từ sợi collagen tinh khiết, số 1, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 40mm, 1/2C. Giữ vết khâu tốt 14-21 ngày, tan hoàn toàn 60-90 ngày.. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA | tép | |
| 8 | Thông foley 2 nhánh các số | Chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicone, có cản quang, dài 225mm - 320mm, tiệt trùng.. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA | sợi | |
| 9 | Bơm tiêm 50ml luer dùng cho máy bơm tiêm tự động | - Có đầu khóa vặn xoắn Luer Lock- Vật liệu polypropylene- Độ trong suốt cao- Độ tương phản cao- Pit tông dễ dàng rút thể tích tối đa (60ml)- Không có kim tiêm kèm theo- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA | cái | |
| 10 | Túi ép tiệt trùng loại dẹp 100mm x 200m | "Gồm 2 lớp 01 lớp giấy và 01 lớp film (PET/CPP)<br>-Phù hợp cho 01 loại tiệt trùng bằng hoi nước và khí EO cho các dụng cụ<br>-Trọng lượng giấy: 60±3gsm<br>-Độ dày của màng film 50±2µm<br>-Tiệt trùng bằng khí EO với nhiệt độ 30-45 độ C, mày sắc thay đổi từ xanh sang vàng<br>-Tiệt trùng bằng hơi nước với nhiệt độ 121-134 độ C, mày sắc | cuộn | |
| 11 | Bộ quả lọc máu liên tục | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer; - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate; - Ống dẫn: PVC; - Cartridge: PETG; Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide)<br>Sử dụng cho máy lọc máu Gambo Prisflexma (SN 114489) | bộ | |
| 12 | Catheter 2 nòng chạy thận nhân tạo 12F | Loại đầu thẳng, 2 nòng; Kích cỡ: 12F;Chiều dài catheter: 20 cm;Dây dẫn hướng: 0.038 inch x 60 cm;Kích thước que nong: 12Fx15cm; Chất liệu: Polyurethane cản xạ; Có lỗ mặt bên cách đầu catheter 2.5 cm; Đóng gói bao gồm: catheter, nong, kim luồn, xy | cái | |
| 13 | Bộ Quả lọc Orsirix | | bộ | |
| 14 | Bộ quả lọc TPE | | bộ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Sản xuất từ cao su thiên nhiên có phủ bột chống dính, đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần. Không gây kích ứng da khi sử dụng. Các cỡ | đôi | |
| 16 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ epsilon-caprolactone, số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C | Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn 40mm, 1/2C. Giữ vết mổ 28-35 ngày, tan hoàn toàn 60-90 ngày. Sức căng còn lại 65% sau 14 ngày. Đạt tiêu chuẩn FDA | Tép | |
| | TỔNG: 16 khoản | | | |

2. Bảng báo giá: Theo mẫu quy định tại thông tư 14/2023/TT-BYT

3. Các thông tin khác (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh kính mời các công ty/đơn vị/nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp các đơn vị.

**GIÁM ĐỐC**

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

**Phan Thanh Tâm**

**Nơi nhận:**
- Như trên;
- Lưu Phòng VT-TBYT;
- Trang Web BVĐK Tây Ninh;