SỞ Y TẾ TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH

Số: 06 /BVĐK-VTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao trong thời gian chờ đấu thầu hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2023 tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Địa chỉ: số 626 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: DS. Nguyễn Thanh Tiền
- Chức vụ: nhân viên phòng VT-TBYT
- Số ĐT: 0944.277.257

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp bảng giấy tại địa chỉ: Phòng VT-TBYT- Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, số 626 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h ngày 07 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h ngày 18 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế.

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Phim X-Quang 8x10 inch (20x25cm)	- Kích thước: 8x10 inch (20x25cm) - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với máy in phim Drypix Smart, Drypix Plus & Drypix Edge	tấm	
2	Phim khô X-Quang kích thước 14 x 17 inch	Kích thước 35 x 43cm. Công nghệ in laser	tấm	
3	Giấy in ảnh A4, 135g, bóng 1 mặt		tờ	
4	Nẹp đóng sọ hàm mặt 2,0mm, thẳng, 16 lỗ	Chất liệu Titan. Dày 0.6-1mm, dạng thẳng, 16 lỗ, tương thích với vít titan loại HT chống long vis cùng hãng	cái	

5	Vít đóng sọ cỡ 2.0mm	Chất liệu Titan, loại HT chống long vít, mũ vít chữ X. Đường kính tối thiểu 2.0mm, dài 5mm	cái	
6	Bộ dây lọc máu thận nhân tạo	Bộ dây 4 trong 1: dây động mạch, tĩnh mạch, 2 transducer, 1 dây truyền dịch, 1 túi xả Tiệt trùng bằng khí EO	bộ	
7	Bộ dẫn lưu dịch não tủy não thất-ổ bụng loại van phẳng, áp lực trung bình	Gồm 1 van phẳng flat bottom, van đúc liền với 1 catheter dẫn lưu bụng dài 120cm, loại chống xoắn + 1 Catheter não thất dài 18cm, loại "áp lực trung bình"	bộ	
8	Gạc phẫu thuật không dệt 30cm x 40 cm x 6 lớp tiệt trùng có cản quang	Gạc y tế 30cm x 40cm x 6 lớp được dệt từ sợi cotton 100%, gạc y tế hút nước. Sợi chắc, mịn; Không mùi; Không tạp chất, tiệt trùng . Tiệt trùng. Đóng gói 6 hoặc 8 miếng. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	Miếng	
9	Gạc hút khổ 0.8m	Kích thước khổ 0.8m. Được dệt từ 100% sợi cotton có độ thấm hút cao, không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, đã được giặt sạch, không gây dị ứng.	mét	
10	Ambu người lớn	Chất liệu cao su, nhựa, độ đàn hồi cao, van đóng mở tốt, Mask làm bằng nhựa; Bơm hơi có van an toàn; Đạt tiêu chuẩn ISO. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	
11	Nẹp gỗ chi dưới	Làm từ gỗ tự nhiên	bộ	
12	Bao tóc phẫu thuật - xếp	Chất liệu: vải PP không dệt, không gây kích ứng. Thun mềm 2 sợi chắc chắn, ôm khít vòng đầu. Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng từng cái.. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	
13	Áo phẫu thuật tiệt trùng từng cái		cái	
14	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 2/0, 90cm, kim tròn đầu cắt 36mm 1/2C	Chỉ tan nhanh đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 2/0, dài 90cm, kim tròn đầu cắt 36mm, 1/2C. Giữ vết mổ 10-14 ngày, tan hoàn toàn 42 ngày. Sức căng còn lại 40% sau 7 ngày. Tiêu chuẩn CE.	tép	
	TỔNG: 14 khoản			

2. Bảng báo giá: Theo mẫu quy định tại thông tư 14/2023/TT-BYT

3. Các thông tin khác (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh kính mời các công ty/đơn vị/nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp các đơn vị.

PHÒNG VT-TBYT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Phòng VT-TBYT;
- Trang Web BVĐK Tây Ninh;

DS. Nguyễn Chánh Hy