SỞ Y TẾ TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH

Số: 1275/TB-BVĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời báo giá Vật tư y tế - hóa chất

Kính gửi: Quý công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá kế hoạch làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các danh mục Vật tư y tế - hóa chất với các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Tổ xây dựng giá kế hoạch Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
- Số điện thoại: 0276 3822 145

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận bản giấy: Tổ xây dựng giá kế hoạch Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, địa chỉ: 626 đường 30/4 khu phố 5, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Nhận qua email: *muasam.bvdk@gmail.com* File mềm và file Scan (PDF) báo giá.
- Đường link truy cập tải danh mục chi tiết và biểu mẫu thực hiện báo giá: *http://bvdktayninh.ytetayninh.vn/.*

*** Lưu ý:**

- Nội dung bản giấy và nội dung bản gởi qua email không được sai khác nhau.
- Ngoài bìa thư ghi rõ:

+ TÊN NHÀ THẦU:
+ NƠI NHẬN: TỔ XÂY DỰNG GIÁ KẾ HOẠCH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH
+ BÁO GIÁ THEO THÔNG BÁO SỐ: 1275/TB-BVĐK

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ lúc phát hành thư mời báo giá đến trước 15 giờ 00 phút ngày 22/9/2025 (Các báo giá nhận sau thời gian này không được xem xét).

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 22/9/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục mời báo giá: Phụ lục I đính kèm.

II. Hồ sơ báo giá:

Được quét bằng CamScanner

Bảng báo giá. Giá trên báo giá đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác.

IV. Các thông tin khác:

Đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá theo biểu mẫu chi tiết tại Phụ lục II đính kèm Thông báo này.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXDG.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Võ Thị Ánh Hà

Được quét bằng CamScanner

SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(kèm thông báo số 1275 /TB-BVĐK ngày 09/9/2025 của Giám đốc bệnh viện)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bông gạc đắp vết thương 8cm x 12cm không vô trùng	Kích thước 8cm x 12 cm.Làm từ vải dệt sợi cotton 100% (≥ 32s/1) hoặc vải không dệt (≥ 70% viscose, ≤ 30% polyester)	Miếng	180.000
2	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm	Chất liệu: Gạc được dệt từ sợi 100% cotton vải dệt có độ thấm hút rất cao Kích thước: 10cm x 10cm x 8 lớp, vô trùng Đặc tính kỹ thuật: Vải dạng lưới có lỗ, mềm, mịn, có màu trắng đồng nhất. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Trọng lượng 25g- 27g/m2. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥12 gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0,5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: ≥84% . Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiêu chuẩn: ISO/CE	Miếng	5.000
3	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm	Chất liệu: Gạc được sản xuất từ vải không dệt thấm hút nhanh Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 6 -8 lớp vô trùng Đặc tính kỹ thuật: Vải dạng lưới có lỗ, chất liệu mềm mịn, có màu trắng đồng nhất. Không mùi, không có bụi bẩn, sơ sợi lạ, không dính tạp chất. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 5gr nước/1gr gạc. Độ ẩm: 5-6.5%. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5% Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10% Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Tiêu chuẩn: ISO/CE (hoặc tương đương)	miếng	40.000
4	Gạc ép sọ não	Gạc xếp sọ não, kích thước 7cm x 9cm, được xếp thành 4 lớp, bo tròn mép, không dư chỉ thừa, giúp thấm hút tốt, an toàn trong phẫu thuật. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA (hoặc tương đương). (hoặc tương đương)	miếng	3.000
5	Bông mỡ cho bó bột	Bông mỡ lót bột, không hút nước, màu trắng, đạt ISO hoặc CE hoặc FDA (hoặc tương đương)	kg	60
6	Bông hút	Chất liệu: Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE	kg	1.000
7	Ống thông niệu quản dùng để dẫn lưu tạm thời	Ống thông niệu quản dùng để dẫn lưu tạm thời (thời gian lưu lên đến 3 tháng) bao gồm: * Sonde JJ: làm bằng TPU nhạy nhiệt, thiết kế 2 đầu cong (JJ), 2 lỗ mở, có vạch trên thân ống, có cản quang, có chỉ khâu ở đầu xa. Đa dạng kích thước: 3/4/4.7/4.8/5/6/7Fr, chiều dài từ 8-30cm. * Que đẩy: làm bằng PP, có màu đỏ, tương thích với ống thông, dài 45-70-75-90cm ± 0,5 cm. * Kẹp làm bằng PP. * Có ít nhất 1 CFS Châu Âu (hoặc tương đương)	cái	40
8	Ampu bóp bóng người lớn	Vật liệu: Nhựa y tế PVC • Màu sắc: xanh dương • Gồm: bóng bóp cấp cứu + mặt nạ thở + túi chứa khí + bộ dây nối oxy • Có van điều chỉnh áp lực • Đóng gói: túi 01 cái • Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016	cái	200

Được quét bằng CamScanner

STT	Tên hàng hóa	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng
9	Bao vải + túi hơi máy đo huyết áp	Dùng thay thế bao vải và túi hơi trong bộ huyết áp. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	50
10	Phin lọc khuẩn 3 chức năng dùng cho người lớn	Phin lọc khuẩn 3 chức năng, dùng cho người lớn - Vỏ ngoài bằng nhựa - Loại lọc: electrostatic (tĩnh điện) - Khả năng lọc vi khuẩn: > 99,9995% (Có giấy kiểm định hiệu quả lọc của Nelson – Hoa Kỳ) - Khả năng lọc vi rút: > 99,9995% (Có giấy kiểm định hiệu quả lọc của Nelson – Hoa Kỳ) - Thể tích nén: 57 - 66ml - Trọng lượng lọc: 29 - 41g - Thể tích phổi nhỏ nhất: 198-200ml - Độ ẩm trao đổi: 29.5 - 33.6 mg/lít - Co nối: 22M/15F hoặc 22F/15M - Có cổng đo ETCO2 - Tiệt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn: ISO và CE và FSC châu Âu	cái	2.000
11	Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 50ml đầu xoắn	Bơm tiêm nhựa 50ml - 60ml, không kim, đầu Luer Lock. Thân trong suốt, pít tông kín, trượt nhẹ, không rò rỉ. Chất liệu polypropylene y tế, không chứa DEHP không latex. Tiệt trùng EO, đóng gói vô trùng, dùng một lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485,GMP, CFS-MFDS	Cái	8.000
12	Canuyn mở khí quản các cỡ	Canuyn mở khí quản các cỡ (số 4.0 – 8.5), loại dùng 1 lần, có/không bóng chèn, đạt ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	20
13	Khẩu trang y tế	Khẩu trang y tế 3 lớp vô trùng + 2 lớp ngoài vải không dệt + Lớp vi lọc ở giữa (lớp màng lọc khuẩn) có tác dụng ngăn các giọt bắn, lọc bụi, vi khuẩn, đóng vai trò quan trọng nhất. Yêu cầu đối với lớp vi lọc là thấu khí, không thấm nước + 1 thanh tựa mũi: Bằng nhựa 100% nguyên chất hoặc kẽm bọc nhựa + 2 dây đeo tai: bằng sợi polyester và spandex, độ co giãn tốt. Màu sắc đồng đều, không loang bẩn Quy cách: 1 cái/ gói. Sản phẩm chứa trong bao bì giấy tiệt trùng dùng trong y tế Tiệt trùng bằng EO.Gas Đạt tiêu chuẩn ISO. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE	Cái	80.000
14	Nút đậy kim luồn (có cổng chích thuốc)	Nút chặn đuôi kim luồn có màng cổng tiêm - Thân nút chặn làm từ nhựa ABS. Màng cổng tiêm được làm từ polyisoprene rubber. - Bề mặt cổng tiêm là một mặt phẳng, không có góc chết, dễ dàng vệ sinh. - Không chứa latex, không chứa DEHP. - Chiều dài tổng thể: 21 mm - Thể tích mồi 0.16ml - Khóa Male Luer 6% - Tiệt trùng: ETO, tồn dư ETO không vượt quá 60mg/sản phẩm - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, GMP	cái	60.000
15	Ống nghe	Ống nghe y tế hai tai, âm thanh rõ, độ khuếch đại tốt, dây nghe mềm, không xoắn, tai nghe êm, phù hợp thăm khám lâm sàng. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	cái	20
16	Ống nối dây máy thở co giãn (Catheter mount)	Chất liệu: Polypropylene - Chiều dài điều chỉnh được tối đa 150 mm (co dãn theo ý người sử dụng), khoảng chết khoảng 20 - 40 ml - Co nối dạng khuỷu tay (co L), xoay 360 độ, cổng nối thiết bị hỗ trợ (ống NKQ). - Có cổng hút đàm đường kính khoảng 7 - 8 mm, có nắp đậy - Tiệt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn: ISO và CE và FSC châu Âu	bộ	2.000

Được quét bằng CamScanner

STT	Tên hàng hóa	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng
17	Dung dịch hỗ trợ chống hăm, chống loét	Dung dịch hỗ trợ chống hăm, chống loét dùng bôi ngoài da, giúp bảo vệ vùng da bị tì đè hoặc có nguy cơ loét da, giúp làm dịu, dưỡng ẩm, không chứa paraben, không màu, không mùi, an toàn khi sử dụng lâu dài; đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA (hoặc tương đương) (hoặc tương đương)	Chai	50
18	Bao dây đốt	Chất liệu: Màng nhựa PE, không rò rỉ, khó xé rách. Dễ tháo, dễ luồn vào ống. - Vòng nhựa PP chính phẩm được ép vào nhau, không nứt. - Kích thước: 75 mm x 2.5m - Có kiểm định nguyên liệu không chất DEHP. - Bao bì chỉ thị tiệt trùng. Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001	cái	2.000
19	Bao khoan điện	Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm. Dễ tháo, dễ luồn vào ống. - Kích thước: 200mm x 2.2m. - Có kiểm định nguyên liệu không chất DEHP. - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng. - Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001; ISO 14001	cái	1.000
20	Giấy Monitor sản khoa Toitu 0030-023T (sọc xanh, không lỗ) 152mm x 150mm x 200sh	Giấy Monitor sản khoa Toitu 0030-023T (sọc xanh, không lỗ) 152mm x 150mm x 200sh. Tiêu chuẩn ISO hoặc CE	xấp	50
21	Catheter động mạch đùi 18G, 20G	- Kim dạng không cánh không cửa. Catheter bằng chất liệu ETFE (Ethylene Tetrafluorethylene), đầu catheter dạng SL, thuôn mượt ôm chặt thân kim, sức cản thấp. - Kích cỡ: 18G x 2" (51mm), 20G x 1 1/4" (32mm) -Thời gian lưu kim >= 72h. - Tiệt trùng. - Có cản quang. - ISO, CE (hoặc tương đương)	bộ	200
22	Bình dẫn lưu áp lực âm	Gồm bộ tản nhiệt 3 lò xo, ống PVC, cổng nối Y, Troca bằng thép không gỉ	bình	120
23	Dây dẫn đường niệu quản	Kích cỡ: 0.025"", 0.028"", 0.032"", 0.035"", 0.038"" * Chiều dài : 150cm * Chất liệu: Lõi Nitinol chống gập, bọc lớp nhựa Polyurethane, ≤30mm đầu dây phủ thêm lớp ái nước (Hydrophilic) * Thiết kế đầu thẳng linh hoạt * Có ít nhất 1 CFS Châu Âu	sợi	50
24	Dây cưa sọ	Dây cưa sọ mảnh, xoắn, dài 400mm. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	sợi	100
25	Ống thông tiệt trùng	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, đã tiệt trùng, sử dụng 01 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA (hoặc tương đương)	cái	100
26	Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có thang đo áp lực dòng chảy	Bộ dẫn lưu dịch não tuỷ có 4 thang đo áp lực dòng chảy gồm: túi chứa dịch 600→700ml, hệ thống điểm chặn chính, cột theo dõi áp suất dòng chảy, trocar 15cm. - Catheter trong suốt dài 35cm, đường kính trong 1.98mm, đường kính ngoài 3.14mm, 4 hàng 4 lỗ thoát dịch dài 3cm. - Bộ lọc hydrophobic trên buồng nhỏ giọt hoạt động như rào cản vi sinh vật và không khí thông gió ngay cả sau khi tiếp xúc với dịch. - Hình dạng hình nón của buồng khoang 75cc. - Túi chứa dịch có vạch đo được lượng dịch chảy, có thể tháo rời. - Tiêu chuẩn FDA (Mỹ), nhóm nước Châu Mỹ	bộ	4

Được quét bằng CamScanner

STT	Tên hàng hóa	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng
27	Bộ dẫn lưu dịch não tủy trong	Có 3 loại áp lực: thấp/ trung bình/ cao. Van rời dây. Chất liệu Sillicon Kích thước van 7x26mm; Các catheter có tẩm chất cản quang, đường kính ngoài 2.5 mm và trong 1.3 mm. Catheter não thất dài 20 cm, có 4 hàng lỗ, mỗi hàng 4 lỗ thoát dịch, có 3 điểm đánh dấu chiều dài, cách nhau 5 cm. Catheter ổ bụng có 4 khe thoát dịch ở cuối dây dẫn, dài từ 90 - 100 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	bộ	4
28	Sáp cầm máu xương	-Miếng sáp cầm máu xương 2.5 gram (hộp 12 miếng) màu trắng ngà với chất liệu siêu mềm đảm bảo tính dẻo dai có khả năng tự tiêu một phần. -Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng. Thành phần: Sáp ong, sáp paraffin và Isopropyl Palmitate - Độ xà phòng hoá 101.35	miếng	50
29	Phim khô X-Quang kích thước 8 x 10 inch	- Kích thước: 20x25cm (8 x 10 inch) - Phim khô, công nghệ in nhiệt - Cấu tạo phim gồm 5 lớp: *Lớp bảo vệ *Lớp trung gian *Lớp nhạy nhiệt *Lớp cơ bản PET *Lớp bao ngoài. - Thành phần chính: * PET - Polyethylene terephthalate: 85-95%, Polyvinyl alcohol: 1-10%, Color former: 1-10%, Additives: 1-10%, Pigments: 0.1-5% - Độ dày màng: 165-200 µm. thang độ xám: 14 bit, định lượng: 270g/m². Độ đậm quang học: ≤3.25 - Xuất xứ: Nhóm G7/Việt Nam - Nhà thầu trúng thầu đặt thiết bị in phim tại bệnh viện. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA (hoặc tương đương)	tấm	25.000
30	ống thông phổi	Vật liệu: nhựa PVC y tế. Có vạch chia mỗi 2cm, có đường cản quang, đầu dẹp, co nối đi kèm, kích cỡ 12Fr đến 32Fr. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA	ống	40
31	Máy đo huyết áp người lớn	Máy đo huyết áp cơ học, đồng hồ đo kim chính xác, sai số không quá ±3 mmHg; vòng bít bằng vải không gây kích ứng, có bóng bóp tay đàn hồi tốt; van xả chỉnh được; tai nghe 2 ống, âm rõ, nhạy; phù hợp sử dụng trong y tế; đạt ISO hoặc CE hoặc tương đương. (hoặc tương đương)	bộ	20
32	Bóng đèn đặt nội khí quản	Bóng đèn đặt nội khí quản	cái	50
33	Kim tê nha	Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén nhưng vẫn chắc chắn giúp xuyên mượt mà không gây tổn thương. Kim làm bằng thép không gỉ SUS 304. Đường kính ngoài của kim 0.4-0.42 mm. Đường kính trong 0.184 mm. Chiều dài mặt vát 1.8-2.2 mm. Có ký hiệu trên đốc kim giúp định hướng mặt vát. Có màu sắc phân biệt	cây	2.000
34	Nút đậy màng lọc	Nút đậy quả lọc thận nhân tạo. Phù hợp với các loại quả lọc thận nhân tạo. Tiệt trùng.	cái	10.000
35	Quả bo máy đo huyết áp	Quả bóp máy đo huyết áp bằng cao su hoặc PVC y tế, đàn hồi tốt, có van xả khí điều chỉnh được, kết nối chuẩn với dây vòng bít, dùng cho máy đo huyết áp cơ, đạt ISO hoặc CE hoặc tương đương. (hoặc tương đương)	quả	100

Được quét bằng CamScanner

STT	Tên hàng hóa	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng
36	Dây Ga rô	Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. Có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. • Lực kéo đứt (độ bền kéo): ≥ 100 N • Độ dãn dài tương đối: ≥75% • Khả năng bám dính của băng gai: ≥ 5 N • Độ bền miếng dán ≥ 100 lần • Mật độ đường may: ≥ 3 mũi / 1cm • Kích thước: 2,5cm (+,-0.5cm) x 30cm (+,- 2cm) • Dây garo được đóng trong nylon có thông tin sản phẩm Tiêu chuẩn: ISO/CE (hoặc tương đương)	sợi	500
37	Túi đựng dụng cụ hấp tiệt trùng loại dẹp kích thước 250mm x 200m	Túi hấp tiệt trùng 250mmx200m. Có ≥ 03 đường hàn nhiệt chắc chắn, gồm 2 lớp: 01 lớp giấy và 01 lớp phim, lớp giấy có mật độ ≥70mg/m2, màng phim 2 lớp. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng bằng hơi nước hoặc khí EO.. Đạt tiêu chuẩn G7	cuộn	40
38	Túi đựng dụng cụ hấp tiệt trùng máy hấp nhiệt độ cao kích thước 400mm x 200m	Túi hấp tiệt trùng 400mmx200m. Có ≥ 03 đường hàn nhiệt chắc chắn, gồm 2 lớp: 01 lớp giấy và 01 lớp phim, lớp giấy có mật độ ≥70mg/m2, màng phim 2 lớp. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng bằng hơi nước hoặc khí EO.. Đạt tiêu chuẩn G7	cuộn	24
39	Túi đựng dụng cụ hấp tiệt trùng loại dẹp 100mm x 200m	Túi hấp tiệt trùng 100mmx200m. Có ≥ 03 đường hàn nhiệt chắc chắn, gồm 2 lớp: 01 lớp giấy và 01 lớp phim, lớp giấy có mật độ ≥70mg/m2, màng phim 2 lớp. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng bằng hơi nước hoặc khí EO.. Đạt tiêu chuẩn G7	cuộn	36
40	Nẹp gỗ chi trên và chi dưới	Nẹp gỗ cố định chi trên và chi dưới, chất liệu gỗ nhẹ, chắc, bề mặt nhẵn, không gây tổn thương da, kích thước phù hợp cố định tay chân, dùng kèm băng cố định, đạt tiêu chuẩn y tế hoặc tương đương.	bộ	300
41	Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, không cổng chích thuốc 24G	Chất liệu: + Đầu kim: inox 304 không gỉ + Catheter nhựa: FEP-Teflon/ PUR, 4 đường cản quang ngầm Kích thước: + Chiều dài catheter 19mm, đường kính trong 0,5mm, đường kính ngoài 0,7mm, tốc độ dòng chảy 22ml/phút. + Đầu kim dẫn đường 3 mặt vát (1 mặt vát trên, 2 mặt vát dưới tạo độ sắc và mau lành vết đâm), có đầu bảo vệ bằng kim loại, dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau + Catheter được thiết kế bao trùm kim dẫn đường, đầu catheter nhựa đến đầu kim sắt <1mm, bám sát với vị trí mũi vát của kim dẫn đường, đảm bảo độ mềm dẻo linh hoạt không bị xẹp, gập, gãy, đầu catheter đảm bảo độ tù không gây tổn thương mạch máu + Chuôi kim trong suốt đảm bảo nhìn thấy máu bên trong, cấu tạo bên trong hình trụ tròn, bên ngoài có 4 cạnh dễ cầm, dễ thao tác, có gờ để cố định với phần thân catheter không bị xoay + Cơ chế trào máu 2 thì/lần + Phần đốc kim có cánh, có tấm đệm phía trên để thuận tiện thao tác, không có cổng bơm thuốc + Có màng kị nước, giúp chống trào máu khi thiết lập đường truyền + Có đầu khóa Luer + Có nắp bảo vệ bằng nhựa bao trùm kín phần thân catheter + Đóng gói kin, từng chiếc, được tiệt trùng, có đánh dấu vị trí mở bao, có ghi hạn sử dụng, thông tin sản xuất + Chịu được áp lực đến 325psi + Có chứng nhận FDA/CE MDR	cây	3.000

Được quét bằng CamScanner

STT	Tên hàng hóa	Mô tả, tính năng, đặc tính kỹ thuật (hoặc tương đương)	Đơn vị tính	Số lượng
42	Dụng cụ khâu cắt nối vòng tự động, dùng trong phẫu thuật cắt trĩ và sa niêm mạc trực tràng	Dụng cụ khâu nối vòng, tự động phẫu thuật cắt trĩ và sa niêm mạc trực tràng - Chất liệu: ghim bằng titanium - Cấu tạo: ≥ 32 ghim, ít nhất 2 hàng ghim - Kích thước: * Chiều cao ghim khoảng 3.3 - 3.7 mm * Đường kính ngoài của khoang chứa ghim khoảng 32 - 34 mm - Đe có thể tháo rời - Tiệt khuẩn - Xuất xứ G7 - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và tiêu chuẩn CE (Châu Âu)	bộ	20
43	Dụng cụ khâu cắt mổ trĩ	- Chất liệu kim bằng hợp kim titanium - Cỡ 33 mm và 34 mm - Thể tích buồng chứa ≥ 26 cc - Đường kính lòng cắt ≥ 26 mm - Số lượng ghim ≥ 34 ghim - Chiều cao ghim mở 3.8 mm, chiều cao ghim đóng 0.75 mm-1.5 mm - Thiết kế an toàn kép trước khi bắn - Đầu đe không tháo rời, buồng chứa dịch trong suốt - Tùy chọn ống nong hình tròn và ống nong hình cánh bướm - Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA 510K	45	20
44	**Hóa chất/ vật tư dùng cho giải phẫu bệnh**			
44.1	Dao cắt bệnh phẩm	Dao cắt vi thể dùng trong quy trình cắt mỏng bằng máy cắt vi thể hoặc máy cắt lạnh - Dao cắt tương thích với máy cắt của nhiều hàng khác nhau - Kích thước: 80.0 x 14.0 x 0.317 mm hoặc tương đương - Dao được làm bằng thép hợp kim cao, có độ cứng cao, bền, không rỉ sét - Thiết kế của dao: 3 mặt cắt, cắt được hầu hết các loại mô, đặc biệt mô cứng và cắt lạnh	cái	50
44.2	Vôi Soda	Thành phần: canxi hydroxit 80%; Natri hydroxit 3%; Nước 15%	can/5 lít	18
44.3	Lam kính	Lam kính có lớp kết dính: - Kích thước: 25.4 x 76.2 x 1mm hoặc tương đương - Lam kính có bề mặt tích điện dương vĩnh viễn giúp liên kết các phần mô và các chế phẩm tế bào học mà không cần sử dụng chất kết dính bổ sung - Bề mặt kỵ nước với góc tiếp xúc từ 80°- 100°	cái	500
44.4	Cồn tuyệt đối	Thành phần: Ethanol 99,5%	lít	25
44.5	Giấy in ảnh A4, 135g, bóng 1 mặt	Giấy in ảnh A4, 135g, bóng 1 mặt	tờ	16.000
44.6	Que tăm bông lấy mẫu xét nghiệm	Đầu bông, que gỗ hoặc nhựa. Chiều dài: >= 15cm Tiệt trùng.	que	1.000
	Tổng cộng: 44 khoản			

Được quét bằng CamScanner

PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: 1275/TB-BVĐK ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh)

Công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, chúng tôi....*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp]* báo giá danh mục hàng hóa theo yêu cầu tại Thông báo số 1275/TB-BVĐK của Bệnh viện như sau:

STT	STT mời báo giá	Tên hàng hóa mời báo giá	Tên hàng hóa báo giá	Mô tả tiêu chí kỹ thuật, quy cách, dịch vụ, …	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1											
n		…									

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày … tháng … năm … *[ghi ngày kết thúc nhận báo giá theo Thông báo].*

3. Giá trên báo giá đã bao gồm các loại thuế và chi phí khác.

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về

Được quét bằng CamScanner

doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Được quét bằng CamScanner