SỞ Y TẾ TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH

Số: 445 /BVĐK-VTTBYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu: Sửa chữa Máy X-quang di động kỹ thuật số FDR Nano, SN: 06251010 cho Khoa CĐHA

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có nhu cầu sửa chữa máy X-quang di động kỹ thuật số, model: FDR Nano, SN: 06251010, hãng sản xuất Fujifilm – Nhật Bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Hiện trạng máy
1	Sửa chữa X-quang di động kỹ thuật số - Model: FDR Nano - SN: 06251010 - Hãng sản xuất Fujifilm – Nhật Bản	Máy	01	Máy hỏng pin và SE Adapter *(Theo báo cáo kỹ thuật ngày 12/5/2023 do Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam thực hiện kiểm tra)*
	Tổng cộng: 01 khoản			

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa máy X-quang di động kỹ thuật số, model: FDR Nano, SN: 06251010, hãng sản xuất Fujifilm – Nhật Bản, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh kính mời Quý công ty, đơn vị có đủ điều kiện tham gia báo giá cho gói thầu "Sửa chữa Máy X-quang di động kỹ thuật số FDR Nano, SN: 06251010 cho Khoa CĐHA" với nội dung như sau:

1. Nội dung báo giá: Tên hàng hóa dịch vụ, linh kiện, phụ kiện thay thế, số lượng, đơn giá, thành tiền (bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển kiểm tra và sửa chữa thiết bị).
2. Hiệu lực báo giá tối thiểu ***90 ngày,*** kể từ ngày ký.
3. Địa chỉ gửi báo giá: Phòng VT-TBYT – Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, số 626 đường 30/4, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 ngày 30 tháng 05 năm 2023.

Thông tin liên hệ và tiếp nhận báo giá: CV Trần Thanh Việt, Điện thoại số 0382.966.954.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web BVĐK Tây Ninh;
- Lưu VT-TBYT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Nguyễn Thái Bình

FUJIFILM
Value From Innovation

FUJIFILM VIETNAM CO.,LTD

30th Floor, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang St., Ben Nghe W., Distr.1,
Hochiminh City, Vietnam
Tel: +84 28 39390847 *** Hotline: 1800-646830

Liên 2: Giao người mua (Copy 2: Client)

SERVICE REPORT/ BÁO CÁO KĨ THUẬT

PC: 23	Yr: 2023	Report No.	000402

Customer/ *Khách hàng*	PKVDK Tây Ninh	New Installation/	☐	Warranty/	☐
		Periodic Mantenance/	☐	Contract/	☐
Address/ *Địa chỉ*	Tây Ninh	Technical Support/	☑	Others:	
Contact Person/ *Người liên hệ*	M|ĐT:	*General X-ray* ☐	*Console* ☐	*DryChem* ☐	
		Mobile X-ray ☑	*FCR* ☐		
		Mammography ☐	*Imager* ☐		
		DR Cassette ☐	*Ultrasound* ☐		

Equipment Name/ *Tên thiết bị:*	Model/ *Kiểu máy:*	Serial No./ *Số Sêri:*	Remark/ *Ghi chú:*
X quang di động	FDR nano	06251010	
Location:			
Installation Date:			

1. **[PROBLEM]** (a) Customer report fault & (b) Engineer fault coding/ *Tình trạng và biểu hiện của sự cố:*

+ Occurrence Date/ Ngày xảy ra sự cố:
+ Máy báo lỗi Err 200 và BAO
+
+
+

2. **[SOLUTION]** Time & Engineer Action Taken/ *Mô tả hành động và kết quả đã thực hiện:*

+ Xác nhận máy bị hư pin
+ Lắp pin demo dùng thử ok
+
+
☐ *Result/ Kết quả:* Máy bị hư pin và SE adaptor

3. Recommendation/ *Đề nghị của kỹ sư Fujifilm Việt Nam:*

+ Thay thế pin mới để sử dụng máy và thay SE adaptor
+
+
☐

4. Material & Replacement/ *Nguyên vật liệu và thay thế*

No./tt	**Part Code**/ *Mã linh kiện*	**Part SN**/ *Số Sê ri*	**Description**/ *Mô tả*	Qty/SL	Unit/Đv
1					
2					
3					
4					
5					

Customer sign/Stamp *Khách hàng ký xác nhận*		**Engineer Sign** *Kỹ sư xác nhận*	
Name/ *Họ tên*	Trần Văn Anh	Name/ *Họ tên*	Nguyễn Hiếu Nhân
Date/ *Ngày tháng*	12/5/2023	Date/ *Ngày tháng*	12/5/2023

V2.0